

Dot. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ
PROGÓW OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU WYDANYM NA PODSTAWIE
ART.11 UST.8 PZP (znak sprawy 03/2014)

W związku z ww postępowaniem prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

1. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi, zasadę zachowania wolnej konkurencji oraz fakt, iż w zakresie przedmiotowego pakietu wymaga dostarczenia nie mniej niż 150 kpl. drenów, a więc ilość zapewniającą możliwość dokładnego przetestowania kompatybilności oferowanych wyrobów z posiadanym sprzętem, dopuści złożenie oferty z drenami w pełni kompatybilnymi z posiadanymi na wyposażeniu stacji dializ aparatami Dialog +, wyposażone w przetworniki ciśnienia złożone ze sztywnej hydrofobowej membrany oraz gwintowanej części wykonanej z materiału zapewniającego szczelne połączenie drenów z portami pomiaru ciśnienia, obecnie stosowanymi na Państwa Stacji Dializ, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ?

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów japońskiej firmy ASAHI., natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.

Odp. Tak