

Pakiet nr 2 B – pojemniki na odpady medyczne

<i>L P</i>	<i>Pojemność (dm³)</i>	<i>Wysokość (mm)</i>	<i>J/M</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena jed. netto</i>	<i>Cena jed. brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Wartość Brutto</i>	<i>Producent nr katalogow y</i>	<i>Nr certyf + nr s ofer</i>
1	1 pojemnik na zużyte igły	1litrów	szt.	2.250						
2	pojemniki do gromadzenia stałych nie ostrych odpadów medycznych wykonanych z polipropylenu komorowego, rozkładane i wyposażone w worek foliowy	60 litrów	szt.	210						

Poz. nr 1 -pojemnik z możliwością zamocowania do tacy medycznej, posiadający zamknięcie zaciskowe, chwilowe i na stałe. Pojemniki twardestienne spełniające normę ADR. W komplecie tace w ilości 15 szt. dostosowane do pojemników.

Pojemniki zgodne z aktualną ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych oraz z aktami powiązanymi.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie do oceny spełnienia wymagań w tym pakiecie nie mniej niż po 1 sztuce pojemnika do każdej pozycji .

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Pakiet nr 3A- rękawice diagnostyczne lateksowe

<i>l.p.</i>	<i>Artykuł</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>J/M</i>	Ilość	<i>Cena 100 sztuk netto</i>	<i>Cena 100 sztuk brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1.	Rękawice diagnostyczne	S	Op.	9.600						
2.	Rękawice diagnostyczne	M	Op.	5.200						
3.	Rękawice diagnostyczne	L	Op.	1.200						
4.	Rękawice bezpudrowe	S/M/L	Op.	400						

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Wymagania dla pakietu nr 3A :

- muszą posiadać deklarację CE,
- Wykonawca przedstawi badanie do serii na zgodność z normą EN 455-1,2,3, numer serii badanej zgodny z normami serii nadesłanych próbek,
 - długie, sięgające ponad nadgarstek,
 - pasować na obie dłonie,
 - dobrze przylegać do rąk, nie zaburzać czucia dotyku,
 - trwałe, odporne na rozciąganie i przekłucie i nacięcie,
 - łatwe do założenia na rękę i zdjęcia z niej.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż po 20 par rękawic do każdej pozycji w pakiecie.

Pakiet Nr 4 A. – Aparaty do szybkiego toczenia krwi.

<i>L/p</i>	<i>Nazwa sprzętu</i>	<i>Ilość</i>	<i>J/m</i>	<i>Cena jed netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka podatku VAT</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent +nr kat.</i>	<i>Nr certyfikatu + numer str. w ofercie</i>
1.	<i>Aparaty do szybkiego toczenia krwi</i>	600	Szt							

Wymagania dla pakietu Nr 4 A.

1. ostry , łatwy do wprowadzenia do flakoonu z krwią kolec,
2. odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką,
3. komora kroplowa wykonana z materiału przezroczystego,
4. filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami,
5. elastyczna dolna część komory kroplowej,
6. kroplomierz wydłużony, dający po spłynięciu 20 kropli ok 1ml .
7. wykonanie z materiału apirogennego i hipoalergicznego,
8. końcówka przyłączeniowa typu luer-lock ,
9. termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do zamawiającego,
10. powinien posiadać certyfikat CE,
11. szczelny zacisk rolkowy umożliwiający dokładną regulację prędkości przepływu i całkowite odcięcie dopływu krwi lub środków krwiopochodnych do komory kroplowej

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 5 sztuk aparatów.

Pakiet Nr 4 B. – Aparaty do przetoczeń płynów z możliwością pomiarów OCŻ.

<i>L/ p</i>	<i>Nazwa sprzętu</i>	<i>Ilość</i>	<i>J/m</i>	<i>Cena jed netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka podatku VAT</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent +nr kat.</i>	<i>Nr certyfikatu + numer str. w ofercie</i>
I.	Aparaty do OCŻ	600	Szt							

Wymagania dla pakietu Nr 4 B.

1. ostry , łatwy do wprowadzenia do flakoonu z płynem infuzyjnym lub krwią kolec,
2. odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką,
3. komora kroplowa wykonana z materiału przezroczystego,
4. filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami,
5. wykonanie z materiału apirogennego i hipoalergicznego,
6. końcówka przyłączeniowa typu luer-lock ,
7. termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego ,
8. powinien posiadać certyfikat CE.
9. szczelny zacisk rolkowy umożliwiający dokładną regulację prędkości przepływu i całkowite odcięcie dopływu płynu do komory kroplowej.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 5 sztuk aparatów.

Pakiet Nr 7- Cewniki Foley'a.

L/p	Rozmiar cewnika	Ilość	J/m	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie
1.	6 F, 8F, 10F	100	Szt.							
2.	12F,14F, 16F,18F, 20F , 22F, 24F	4.000,00	Szt.							

Wartość ogółem netto

brutto

Wymogi dla pakietu Nr 7

1. cewniki dwudrożne,
2. cewniki pediatryczne z prowadnicą,
3. balon w cewniku pediatrycznym 1,5 do 3,0ml,
4. rozmiary cewników czytelnie oznakowane rozmiar i pojemność mankietu (balonu) uszczelniającego minimalna i maksymalna od 3ml do 30ml,
5. mankiety uszczelniający z trwałego tworzywa,
6. balon w cewnikach dla pojemności od 3 - 30ml,
7. wypełnienie mankietu bezigłowe,
8. termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego,
9. materiał lateks obustronnie silikonowany (potwierdzenie obustronnego silikonowania na piśmie),
10. powierzchnia mankietu uszczelniającego gładka,
11. możliwość utrzymania cewnika w pęcherzu do 14 dni,
12. opakowanie powinno być podwójne, zewnętrzne, wewnętrzne z możliwością łatwego wyjęcia cewnika,
13. powinny posiadać certyfikat CE.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż po 2 sztuki z każdej pozycji cewnika.

Pakiet Nr 10 - Rurki intubacyjne dla dorosłych z mankietem uszczelniającym

<i>L/p</i>	<i>Rozmiar asortymentu</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jed netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka podatku VAT</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent +nr kat.</i>	<i>Nr certyfikatu + numer str. w ofercie</i>
1.	5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0	szt.	1.600							

Wartość ogółem brutto

netto

Wymagania dla pakietu Nr 10.

2. rurka powinna być ustno- nosowa,
3. koniec dystalny (wprowadzony do tchawicy) rurki o brzegach łagodnie zaokrąglonych,
4. posiadać otwór Murphy´ego z łagodnie zaokrąglonymi krawędziami,
5. posiadać łącznik do podłączenia układu oddechowego, który po osadzeniu w rurce łatwo się wyjmuje,
6. posiadać znacznik widoczny w RTG na całej długości rurki,
7. posiadać mankiet uszczelniający niskociśnieniowy z systemem ograniczającym wartość ciśnienia wewnątrz mankieta,
8. posiadać bardzo widoczne oznaczenie rozmiaru rurki,
9. elastyczne,
10. powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogenego,
11. posiadającym system typu soft –seal, Lanza lub Fome Cuff,
12. termin ważności sterylizacji 2 lata od chwili dostawy do zamawiającego ,
13. muszą posiadać certyfikat CE,
14. łatwo wyjmowane z opakowania.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż po 1 sztuce do każdej pozycji.

Pakiet nr 1 6 - Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych.

<i>Lp</i>	<i>Artykuł</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych 18G	szt	20							
2	zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych 16G	szt	40							

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Opis wymagań dla zestawów:

1. igłę Tuohy " 18G/80 -90mm lub 16G/80 -90
2. igła powinna mieć oznaczenia długości
3. cewnik wykonany z poliamidu długości ≥ 80 cm ze znacznikami długości
4. cewnik musi być elastyczny,
5. koniec cewnika zaokrąglony, zamknięty, otwory boczne
6. łącznik do cewnika umożliwiający łatwe i trwałe połączenie z cewnikiem
7. filtr płaski 0,2 μ m, łatwy do mocowania do skóry , z końcówkami luer - lock
8. mała objętość wypełnienia
9. duża wytrzymałość ciśnieniowa filtra
10. strzykawka do identyfikacji przestrzeni zewnątrzoponowej o niskim oporze
11. zestaw powinien być sterylny, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od dnia dostawy do zamawiającego
12. opakowanie powinien łatwo się otwierać19. , zapewniając jednocześnie dobre zabezpieczenie przed uszkodzeniem
13. muszą posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1sztukę próbki każdego rozmiaru .

Pakiet nr – 19 igły do znieczuleń splotów nerwowych bez stymulatora nerwów.

<i>Lp</i>	<i>Artykuł</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	igły do znieczuleń splotów nerwowych	Szt	60							

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Opis wymagań dla zestawu:

- igły do znieczuleń splotów z krótkim szlifem 45° zapobiegającym uszkodzeniu nerwów, z przezroczystą nasadką
- dren łączący długości 300 mm
- duża przezroczystość drenu
- końcówka luer - lock
- długość igły 50mm
- muszą być sterylne
- termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od dnia dostawy do Zamawiającego
- muszą posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę .

Pakiet nr 26 – zgłębniki do żywienia dojelitowego.

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj i średnica sondy/długość sondy cm</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	Ch 8/130 cm	szt	20							
2	Ch 10/130 cm	szt	20							
3	Ch 10/110 cm	szt	20							
4	Ch 12/110 cm	szt	20							

Ogółem wartość pakietu:**netto.....****brutto.....****Wymagania dla pakietu nr 26:**

1. powinien być wykonany z poliuretanu
2. być przezroczysty i elastyczny
3. posiadać na całej swojej długości znacznik widoczny w promieniach rtg
4. łącznik umożliwiający podłączenie różnego rodzaju urządzeń do żywienia jelitowego z zatyczką
5. prowadnicę umożliwiającą wprowadzenie zgłębnika przewodu pokarmowego
6. powinien być zakończony otworem centralnym i posiadać dwa otwory boczne
7. powinien być przystosowany do przebywania w przewodzie pokarmowym chorego do 6 tygodni
8. być sterylny, termin ważności sterylizacji co najmniej dwa lata od chwili dostawy do zamawiającego
9. posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 zgłębnik żołądkowe do każdej pozycji.

Pakiet nr 29 – aparaty do przetoczeń do stosowania w pompach infuzyjnych przepływowych.

<i>Lp</i>	<i>Artykuł</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	aparaty do użycia w pompach przepływowych Terumo	szt	1.000							

Ogółem wartość pakietu :

netto.....

brutto.....

Wymagania dla pakietu nr 29:

1. aparaty muszą być przydatne do użycia w pompach infuzyjnych przepływowych firmy Terumo firmy Efmed,
2. muszą służyć do przetaczania krystaloidów, koloidów i Koncentratu Krwinek Czerwonych (KKCz),
3. być jednorazowego użytku,
4. posiadać dodatkowy port do podawania leków,
5. być sterylne, termin przydatności do użycia co najmniej 2 lata od chwili zakupu,
6. przezroczyste i dren i komora kroplowa,
7. z zaciskiem rolkowym,
8. komora kroplowa filtrem i odpowietrznikiem,
9. ostry kolec do przekłucia flakonu z płynem infuzyjnym lub krwią,
10. materiał apirogeny i hypoalergiczny,
11. opakowanie szczelnie, nie ulegające łatwo rozerwaniu, łatwe do otwarcia,
12. posiadać certyfikat CE.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę .

Pakiet nr 32– kanki doodbytnicze

<i>Lp</i>	<i>Rozmiary kanek</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	Nr 16 – 5,3/200 mm	szt.	400							
2	Nr 24- 8/250 mm	szt.	200							
3	Nr 30 - 10/400mm	szt.	80							

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Wymagania od pakietu nr 32:

1. końcówki kanki wprowadzane do odbytu powinny być zaokrąglone,
2. bardzo gładkie
3. powinny posiadać otwory boczne i otwór centralny gładkie zaokrąglone,
4. bardzo elastyczne, po wyjęciu z opakowania łatwe do rozprostowania

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Pakiet Nr 36 – obwody oddechowe do aparatów do znieczulania i respiratorów, maski twarzowe do wentylacji

<i>L/p</i>	<i>Pozycja</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jed netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka podatku VAT</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent +nr kat.</i>	<i>Nr certyfikatu + numer str. w ofercie</i>
1.	Obwody oddechowe wielorazowe do aparatów do znieczulania z uniwersalnym workiem (1,5l) i trzecią rurą długość rur powyżej 120 cm	Szt.	10							
2.	Rury wielorazowe do respiratorów długość powyżej 120 cm	Szt.	10							
3.	łączniki Y kompatybilne do końcówek rur, z możliwością podłączenia czujnika temperatury i czujnika do pomiaru ciśnienia w obwodzie oddechowym Standardowe otwory z możliwością ich zamknięcia muszą być kompatybilne z czujnikami temperatury firmy Fisher& Paykel	szt.	10							
4.	Maski twarzowe wielorazowe do znieczulania i wentylacji aparatem AMBU dla dorosłych silikonowe, z mankietem uszczelnianym powietrzem rozmiary 2, 3, 4, 5	szt.	Po 5 każdego rodzaju.							

5.	Maski twarzowe dla dzieci do znieczulenia i wentylacji aparatem AMBU o - 5		po 10szt każdego rodzaju							
6.	Obwody oddechowe do respiratorów jednorazowe , długość powyżej120cm	Szt.	100							
7.	Obwody oddechowe jednorazowe do aparatów do znieczuleń z workiem oddechowym minimum 2L i trzecią rurą ≥120	Szt.	100							

Wartość ogółem netto

brutto

Wymagania dla pakietu Nr 36 - wszystkie pozycje

1. Obwody oddechowe powinny posiadać rury karbowane wielorazowe i jednorazowe
2. Zakończenia rur powinny pasować do standardowych rozmiarów końcówek przyłączeniowych aparatów do znieczulania ogólnego i respiratorów
3. Ciężar rur możliwie niewielki
4. Worki oddechowe o pojemności minimum 1500ml miękkie i trwałe
5. Maski twarzowe silikonowe z mankietem uszczelnianym powietrzem, szczelnie przylegające do twarzy
6. Wielkość masek twarzowych kodowana kolorami
7. Przestrzeń martwa zarówno masek i rur winna być możliwie mała
8. Łączniki do układów powinny posiadać końcówki zunifikowane, pasujące do typowych końcówek przyłączeniowych respiratorów, aparatów do znieczulenia, masek twarzowych itp.
9. Możliwość sterylizacji w autoklawie
10. Łączniki Y powinny pasować do końcówek rur karbowanych i łącznika rurki inkubacyjnej albo do łącznika kolankowego
11. Obwody oddechowe o dł. rur minimum 120cm i worek oddechowy minimum 1,5L (poz. Nr 11 dotyczy poz. w pakiecie poz. Nr 6,7)
12. Posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Pakiet nr 37- ostrza chirurgiczne:

lp.	sprzęt rozmiar	ilość szt	J/m	cena netto	wart. netto	stawka podatku VAT	cena jedn brutto	wart. brutto	producent nr kat	nr certyfikatu +nr strony w ofercie
1	11	6.000	szt							
2	12	1.000	szt							
3	15	4.000	szt							
4	18	1.000	szt							
5	20	6.000	szt							
6	22	4.400	szt							
7	23	900	szt							
8	24	3.000	szt							

Wartość ogółem netto.....

brutto

Wymagania dla pakietu nr 37:

1. Jednorazowego użytku
2. Wykonane ze stali nierdzewnej lub węglowej
3. Powinny być ostrzami wymiennymi przystosowanymi do trzonków o standardowych wymiarach dla trzonków małych i dużych 3 i 4
4. Kształt i wielkość ostrza oznakowane na opakowaniu ostrza
5. Powinny być sterylne
6. Opakowanie trwałe
7. Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego.
8. Powinny posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż po 5sztuk skalpeli do każdej pozycji.

Pakiet Nr 42 - łączniki różnego rodzaju do układów oddechowych

Lp.	Rodzaj łącznika	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie
1.	Łączniki karbowane (martwa przestrzeń)	szt.	600							
2.	Łączniki kątowe, obrotowe wieloraz.	szt.	100							
3.	Łącznik kątowy prosty do maski twarz	szt.	10							
4.	Łącznik karb. Zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym	szt.	100							
5.	łącznik kątowy obrotowy wielorazowy z wejściem do bronchoskopu	szt.	100							
6.	Łączniki proste z końcówkami 15/22 ID z wejściem luer lock do podłączenia kapnografu	szt.	5							

Wartość ogółem netto
brutto

Wymagania dla pakietu Nr 42

1. Łączniki kątowe o małej przestrzeni martwej
2. Łączniki kąty proste powinny pasować do masek twarzowych
3. Łączniki karbowane powinny posiadać łatwą do określenia przestrzeń martwą
4. Powinny być obrotowe, - dotyczy łączników karbowanych i obrotowych
5. Powinny być wielorazowego użytku do sterylizacji w autoklawie
6. Posiadać standardowe zakończenia pasujące do standardowych rur i łączników
7. Wykonane z materiału hypoalergicznego i apirogenego
8. Sterylne, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili zakupu
Posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Pakiet Nr 45- dreny do podłączenia tlenu

Tabela 1

L/p	Rodzaj asortymentu	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie
1.	Dreny tlenowe do podawania tlenu do AMBU, do podłączenia cewnika przez nos z końcówkami standardowymi na obu końcach drenu długości powyżej 300 cm	szt	100							
2.	Dreny tlenowe do podawania tlenu do AMBU, do podłączenia cewnika przez nos z końcówkami standardowymi na obu końcach drenu długości powyżej 200 cm	szt	600							

Wymagania dla pakietu Nr 45 tabela Nr 1:

1. Wykonany z miękkiego materiału
2. O przekroju gwiazdkowym, zapobiegającym zaciśnięciu
3. Pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia
4. Wielorazowego użytku
5. Łatwo prostują się po wyjęciu z opakowania
6. Łatwo wyjmują się z opakowania
7. Z obu stron końcówki uniwersalne pasujące zarówno do każdego źródła

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Tabela 2

L/p	Asortyment	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie
1.	Wąsy tlenowe z uniwersalnym łącznikiem długości powyżej 300 rozmiar dla dorosłych.	szt	4.200							
2.	Wąsy tlenowe z uniwersalnym łącznikiem długości powyżej 200≥ lub 300 rozmiar dla dzieci	szt.	300							

Wymagania dla pakietu Nr 45 tabela Nr2:

1. Muszą być wykonane z miękkiego materiału
2. Materiał apirogeny, hypoalergiczny
3. Różne rozstawy wąsów dostosowane do wielkości pacjenta
4. Dren łączący ze źródłem tlenu długości 200-420 cm
5. Uniwersalna końcówka pasująca do każdego źródła tlenu
6. Sterylne, do użycia przez jednego pacjenta
7. Pakowane pojedynczo
8. Termin ważności sterylizacji co najmniej 3 lata od chwili zakupu
9. Powinna posiadać gumkę mocującą do głowy chorego
10. Dwa otwory boczne ułatwiające wydech

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Tabela 3

L/p	Asortyment	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie
1.	Maski tlenowe.	szt	240							

Wymagania dla pakietu Nr 45 tabela Nr3:

2. Musi być wykonana z miękkiego materiału
3. Materiał apirogeny, hypoalergiczny
4. Powinna być przezroczysta
5. Dren łączący ze źródłem tlenu długości powyżej 200 cm
6. Uniwersalna końcówka pasująca do każdego źródła tlenu
7. Pakowane pojedynczo
8. Maski powinny posiadać blaszkę dopasowującą część nosową maski
9. Powinna posiadać gumkę mocującą do głowy chorego, dwa otwory boczne ułatwiające wydech

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę .

Wartość ogółem pakietu netto

brutto

Pakiet nr 48- Dreny Kehra i Pezzera

Tabela 1

lp.	sprzęt rozmiar	ilość szt	J/m	cena netto	wart. netto	stawka podatku VAT	cena jedn .brutto	wart. brutto	producent nr kat	nr certyfikatu +nr strony w ofercie
1	dren Pezzera nr 14	30	szt							
2	dren Pezzera nr16	30	szt							
3	dren Pezzera nr 18	20	szt							
4	dren Pezzera nr 20	30	szt							
5	dren Pezzera nr 22	40	szt							
6	dren Pezzera nr 24	40	szt							
7	dren Pezzera nr 28	40	szt							
8	dren Pezzera nr 30	40	szt							
9	dren Pezzera nr 32	40	szt							
10	dren Pezzera nr 34	40	szt							

Wartość ogółem netto

brutto

Wymagania dla pakietu nr 48 tabela 1:

1. Wykonane z lateksu, obustronnie silikonowane
2. Powinny być sterylne, zapakowane po 1 szt
3. Opakowanie szczelne
4. Łatwe do wyjęcia z opakowania
5. Powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogenego
6. Oznaczenia rozmiaru zgodne z kodem międzynarodowym
7. Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
8. Posiadać certyfikat CE

Tabela2

lp.	sprzęt rozmiar	ilość szt	J/m	cena netto	wart. netto	stawka podatku VAT	cena jedn .brutto	wart. brutto	producent nr kat	nr certyfikatu +nr strony w ofercie
-----	-------------------	--------------	-----	---------------	----------------	--------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	---

1	dren Kehra nr 18	20	szt							
2	dren Kehra nr 20	20	szt							
3	dren Kehra nr 22	20	szt							
4	dren Kehra nr 24	20	szt							
5	dren Kehra nr 26	20	szt							
6	dren Kehra nr 28	20	szt							

Wartość ogółem netto.....

brutto

Wymagania dla pakietu nr 48 tabela 2:

1. Wykonane z lateksu, obustronnie silikonowane
2. Powinny być sterylne, zapakowane po 1 szt
3. Opakowanie szczelne
4. Łatwe do wyjęcia z opakowania
5. Powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogenne
6. Oznaczenia rozmiaru zgodne z kodem międzynarodowym
7. Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
8. Posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Wartość ogółem pakietu netto

brutto