

Dotyczy: dot. przetarg nieograniczony na dostawę i montaż – znak 13/2014

1. Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1), w którym elektryczna regulacja przechyłów wzdłużnych odbywa się za pośrednictwem panelu centralnego, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta?

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) o długości całkowitej 2150 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1cm?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) o szerokości całkowitej 990 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 3cm?

Odp. Całkowita szerokości łóżka nie przekraczająca 960mm

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) o szerokości leża 870 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Jeśli całkowita szerokości łóżka nie przekracza 960mm

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) z leżem wypełnionym odejmowanymi, tworzywowymi panelami ABS?

Odp. Nie

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1), w którym, w przypadku całkowicie naładowanego, nowego akumulatora istnieje możliwość regulacji przez około 6–10 minut? Akumulatory automatycznie ładują się do pełna, jeśli łóżko pozostaje podłączone do prądu przez okres 8-10 godzin. Nie jest realna praca akumulatora non stop przez 12 godzin.

Odp. Tak

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) z regulacją wysokości w zakresie 380-810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Tak

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) z max wysokością z najdalej wysuniętymi elementami ramy wyciągowej 2070 mm?

Odp. Nie

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Nie

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) z funkcją autoregresji oparcia pleców 90 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1cm?

Odp. Tak

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) bez tworzywowej osłony podwozia? Proponowane łóżko wszelkie sterowniki, kable schowane ma bezpośrednio pod leżem i osłona podwozia jest zbędna.

Odp. Nie

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) z ramą wyciągową wykonaną ze stali węglowej, pokrytej chromem?

Odp. Nie

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) z ramą wyciągową o parametrach równoważnych?

Odp. Tak

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) z ramą wyciągową, która do montażu wykorzystuje dwie tuleje od szczytów łóżka?

Odp. Tak

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) wyposażone w materac o parametrach równoważnych?

Odp. Tak jak w SIWZ

17. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) wyposażone w materac o przepuszczalności powietrza 500g/m²/24h?

Odp. Nie

18. Dlaczego przepuszczalność powietrza ma być mierzona w 38°C?

Odp. Zamawiający rezygnuje z tego zapisu

19. Czy Zamawiający dopuści 24 miesięczny okres gwarancji?

Odp. Nie

20. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) z zewnętrzną ramą, co w żaden sposób nie utrudnia dostępu do pacjenta i gwarantuje większą stabilność łóżka?

Odp. Nie

21. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) o długości całkowitej 2130 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 3cm?

Odp. Tak

22. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) o bezpiecznym obciążeniu 200 kg?

Odp. Tak

23. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) ze szczytami chromowanymi, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego?

Odp. Nie

24. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) z ramą wyciągową wykonaną ze stali węglowej, pokrytej chromem?

Odp. Nie

25. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) z ramą wyciągową o parametrach równoważnych?

Odp. Tak jak w SIWZ

26. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) z ramą wyciągową, która do montażu wykorzystuje dwie tuleje od szczytów łóżka?

Odp. Tak

27. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) wyposażone w materac o parametrach równoważnych?

Odp. Jak w SIWZ

28. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) wyposażone w materac o przepuszczalności powietrza 500g/m²/24h?

Odp. Nie

29. Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu łóżka pionizacyjne?

Odp. Nie