

**Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym i ramą wyciągową 5 sztuk**

1. Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności ofert wydzieli osobny pakiet z łózkami szpitalnymi z napędem elektrycznym i ramą wyciągową? Pozwoli to na zagwarantowanie Zamawiającemu większej ilości ofert, jednocześnie motywując potencjalnych wykonawców do składania bardziej konkurencyjnych cenowo ofert.

**Odp. Nie**

2. Czy w rozumieniu punktu 5, Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej na poziomie 990 mm, przy czym żadne wyposażenie dodatkowe nie wystaje poza obrys łóżka?

**Odp. Nie zgodnie z SIWZ**

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 900 mm, co jest rozwiązaniem korzystniejszym z uwagi na komfort pacjenta?

**Odp. Przy całkowitej szerokości łóżka nie przekraczające 960mm**

4. Czy w rozumieniu punktu 7, Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym trwałymi, wygodnymi do dezynfekcji, tworzywowymi lamelami, z wolnymi przestrzeniami pomiędzy nimi zapewniającymi właściwą cyrkulację powietrza, z możliwością ich łatwego odejmowania celem przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji?

**Odp. Nie**

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa ABS, o wysokiej wytrzymałości wykonane z jednorodnego elementu, bez miejsc łączeń, co pozwala zminimalizować ryzyko powstania infekcji oraz ułatwia dezynfekcję?

**Odp. Nie zgodnie z SIWZ**

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 370-735 mm, przy czym maksymalna wysokość z ramą wyciągową wynosi 1995 mm, które to rozwiązanie nieznacznie różni się od oczekiwanego?

**Odp. Nie**

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z przechyłami wzdłużnymi leża w zakresie od +15° do -15°, które to parametry nieznacznie różnią się od oczekiwanego?

**Odp. Tak**

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców na poziomie 70°, które to rozwiązanie nieznacznie różni się od oczekiwanego?

**Odp. Tak**

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda na poziomie 34°, które to rozwiązanie nieznacznie różni się od oczekiwanego?

**Odp. Nie tak jak w SIWZ**

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko o nowoczesnej konstrukcji bez konieczności stosowania dodatkowej tworzywowej osłony podwozia?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w uchwyt basenu oraz kaczki montowany do ramy leża za pomocą zacisku śrubowego?

**Odp. Tak**

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac przeciwodleżynowy pasywny w pokrowcu o przepuszczalności 300g/m<sup>2</sup>/24h w temperaturze 38°C?

**Odp. Nie zgodnie z SIWZ**

13. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy pasywny w pokrowcu bez możliwości prasowania, gdyż niedopuszczalne jest prasowanie materiałów na bazie poliuretanu?

**Odp. Tak**

14. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy pasywny posiadający wszystkie aktualnie wymagane dokumenty dopuszczające do obrotu, tj. Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta oraz powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, o wprowadzeniu do obrotu na terenie RP? Powyższe dokumenty spełniają obowiązujące wymogi prawne odnośnie przedmiotowego sprzętu medycznego a przedsiębiorcy nie są zobligowani do przedkładania innego rodzaju certyfikatów.

**Odp. Nie zgodnie z SIWZ**

**Łóżko szpitalne 4 segmentowe- 5 sztuk**

1. Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności ofert wydzieli osobny pakiet z łózkami szpitalnymi 4 segmentowymi? Pozwoli to na zagwarantowanie Zamawiającemu większej ilości ofert, jednocześnie motywując potencjalnych wykonawców do składania bardziej konkurencyjnych cenowo ofert.

**Odp. Nie**

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową siatką lakierowaną proszkowo montowaną na stałe o wymiarach oczek 5x7 cm?

**Odp. Nie**

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadającą ramę leża, co stanowi rozwiązanie korzystniejsze ze względu na stabilność konstrukcji oraz w żaden sposób nie ogranicza dostępu do pacjenta a także nie utrudnia pacjentowi opuszczanie łóżka?

**Odp. Tak**

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w krążki odbojowe mocowane na stałe?

**Odp. Obrotowe**

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2130mm, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?

**Odp. Nie zgodnie z SIWZ**

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1060mm, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego, przy czym żadne wyposażenie dodatkowe nie wystaje poza obrys łóżka?

**Odp. Nie**

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 860x2000 mm, które to rozwiązanie nieznacznie różni się od oczekiwanego?

**Odp. Tak**

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko o stałej wysokości leża na poziomie 550 mm, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?

**Odp. Nie**

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego bezpieczne obciążenie wynosi 170 kg?

**Odp. Nie**

10. Czy Zamawiający łóżko wyposażone w cztery koła jezdne o średnicy 125 mm z indywidualną blokadą, posiadające metalową obudowę, co jest rozwiązaniem trwalszym od oczekiwanego?

**Odp. Nie**

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa ABS, o wysokiej wytrzymałości wykonane z jednorodnego elementu, bez miejsc łączeń, co pozwala zminimalizować ryzyko powstania infekcji oraz ułatwia dezynfekcję?

**Odp. Nie**

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w uchwyt basenu oraz kaczki montowany do ramy leża za pomocą zacisku śrubowego?

**Odp. Tak**

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac przeciwodleżynowy pasywny w pokrowcu o przepuszczalności 300g/m<sup>2</sup>/24h w temperaturze 38°C?

**Odp. Nie**

14. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy pasywny w pokrowcu bez możliwości prasowania, gdyż niedopuszczalne jest prasowanie materiałów na bazie poliuretanu?

**Odp. Tak**

15. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy pasywny posiadający wszystkie aktualnie wymagane dokumenty dopuszczające do obrotu, tj. Deklaracje Zgodności wystawioną przez producenta oraz powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, o wprowadzeniu do obrotu na terenie RP? Powyższe dokumenty spełniają obowiązujące wymogi prawne odnośnie przedmiotowego sprzętu medycznego a przedsiębiorcy nie są zobligowani do przedkładania innego rodzaju certyfikatów.

**Odp. Nie**

#### **Szafka przyłóżkowa- 16 sztuk**

1. Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności ofert wydzieli osobny pakiet z szafkami przyłóżkowymi? Pozwoli to na zagwarantowanie Zamawiającemu większej ilości ofert, jednocześnie motywując potencjalnych wykonawców do składania bardziej konkurencyjnych cenowo ofert.

**Odp. Nie**

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach:

- wysokość- 865 mm
- szerokość- 515 mm
- głębokość- 500 mm?

**Odp. Tak**

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową, której drzwiczki i fronty szuflad wykonane są z wysokiej jakości płyty dekoracyjnej z możliwością wyboru kolorystyki?

**Odp. Nie**

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z drzwiczkami, które nie są wyposażone w mechanizm samodomykający?

**Odp. Nie**

**Dotyczy : Łóżko pionizacyjne 2 sztuki**

1. Czy Zamawiający zamiast dwóch łóżek pionizacyjnych dopuści dopuszcza jako rozwiązanie alternatywne pionizatory mobilne, które umożliwiają pionizowanie wszystkich pacjentów, a nie tylko dwóch?

**Odp. Nie**

**dotyczy: pozycja nr 1 - Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym i ramą wyciągową – 5 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm?

**Odp. Nie**

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850 mm?

**Odp. Tak przy całkowitej szerokości łóżka nie przekraczające 960mm**

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

**Odp. Nie**

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalową siatką w leżu odejmowaną od segmentów leża?

**Odp. Nie**

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 420 – 820 mm?

**Odp. Tak**

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko osłonę tworzywową podwozia na całej szerokości i długości podwozia, a nie całego łóżka? Podwozie jest mniejsze od całego łóżka.

**Odp. Tak**

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Krążki odbojowe w narożach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi.

**Odp. Nie**

8. Czy Zamawiający dopuści ramę wyciągową do łóżka składającą się z trzech prostych drążków poprzecznych?

**Odp. Jak w SIWZ**

9. Czy Zamawiający dopuści uchwyt kaczki i uchwyt basenu wykonane ze stali nierdzewnej?

**Odp. Tak**

10. Czy Zamawiający dopuści uchwyt kaczki i uchwyt basenu zawieszane na ramie leża na haczykach, bez zacisku typu C?

**Odp. Nie**

**dotyczy: pozycja nr 2 - Łóżko szpitalne 4 segmentowe – 5 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

**Odp. Nie**

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalową siatką w leżu odejmowaną od segmentów leża?

**Odp. Nie**

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą zewnętrzną, która nie przeszkadza pacjentom w schodzeniu z łóżka?

**Odp. Tak**

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?

**Odp. Tak**

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 970 mm?

**Odp. Całkowita szerokości łóżka nie przekraczające 960mm**

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża 400 mm?

**Odp. Tak**

7. Czy Zamawiający dopuści ramę wyciągową do łóżka składającą się z trzech prostych drążków poprzecznych?

**Odp. Jak w SIWZ**

8. Czy Zamawiający dopuści uchwyt kaczki i uchwyt basenu zawieszane na ramie leża na haczykach, bez zacisku typu C?

**Odp. Nie**

**dotyczy: pozycja nr 3 - Szafka przyłóżkowa – 16 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 420 mm?

**Odp. Tak**

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty z białego tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

**Odp. Tak**

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez mechanizmu samodomykającego w drzwiczkach?

**Odp. Nie**

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z miejscem na 3 stojące butelki 1,5 l wewnątrz zamykanej szafki w specjalnie do tego przeznaczonej wnęce?

**Odp. Tak**

***Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym i ramą wyciągową 5 szt.***

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem o szerokości wynoszącej 850 mm?

**Odp. Tak przy zachowaniu pozostałych parametrów**

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w sterownik ręczny z możliwością blokowania jednocześnie wszystkich funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny za pomocą magnetycznego kluczyka?

**Odp. Tak**

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne w którym maksymalna wysokość z najdalej wysuniętymi elementami ramy wyciągowej wynosi 2,5 m?

**Odp. Nie**

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w osłonę tworzywową elementów konstrukcyjnych podwozia tylko na całej ich długości i szerokości?

**Odp. Tak**

5. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że formułując zapis dotyczący gęstości pianki materaca miał na myśli gęstość co najmniej 25 kg/m<sup>3</sup>, a nie 235 kg/m<sup>3</sup>.

**Odp. Tak**

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w metalowy lakierowany proszkowo uchwyt basenu i kaczki?

**Odp. Nie może być kwasoodporny**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie terminu gwarancji na 24 miesiące? Podtrzymanie obecnego zapisu SIWZ we wskazanym zakresie będzie miało znaczny wpływ na wysokość oferowanych cen.

**Odp. Nie**

***Łóżko szpitalne 4 segmentowe - 5 szt.***

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne w którym maksymalna wysokość z najdalej wysuniętymi elementami ramy wyciągowej wynosi 2,2 m?

**Odp. Nie**

9. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że formułując zapis dotyczący gęstości pianki materaca miał na myśli gęstość co najmniej 25 kg/m<sup>3</sup>, a nie 235 kg/m<sup>3</sup>.

**Odp. Tak**

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie terminu gwarancji na 24 miesiące? Podtrzymanie obecnego zapisu SIWZ we wskazanym zakresie będzie miało znaczny wpływ na wysokość oferowanych cen.

**Odp. Nie**

**Szafka przyłóżkowa – 16 szt. oraz łóżko pionizacyjne – 2 szt.**

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie terminu gwarancji na 24 miesiące?  
Podtrzymanie obecnego zapisu SIWZ we wskazanym zakresie będzie miało znaczny wpływ na wysokość oferowanych cen.

**Odp. Nie**

**Pytania do zapisów SIWZ**

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 42 dni?

**Odp. Tak**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne o szerokości leża ok. 90cm. i szerokości całkowitej 99cm razem z barierkami? Proponowany parametr daje większy komfort dla pacjenta, aniżeli leże wąskie 80cm i niedostosowane do etyki szpitalnej XXIw.

**Odp. Nie zgodnie z SIWZ**

2. Czy Zamawiający dopuści segmenty leża wykonane z tworzywa- łatwe do zdjęcia i do dezynfekcji, zamiast siatki stalowej wykonanej z prętów?

**Odp. Nie**

3. Czy Zamawiający dopuści inny system konstrukcji podwozia niż opisany w przetargu, łatwy do utrzymania w czystości i do dezynfekcji?

**Odp. Nie**

4. Czy Zamawiający może wyjaśnić czy wymaga zaświadczenia o niepalności materaca szpitalnego czy jedynie badania na niepalność materiału pokrowca? Czy w przypadku wymagania jedynie badania na niepalność materiału pokrowca, zasadnym jest wprowadzanie wymogu niepalności dla produktu tj. materaca, w którym dopuszcza się całkowita palność rdzenia piankowego wykonanego najczęściej z poliuretanu, który poprzez swoją pienistą konstrukcję, zamykającą tlen w mikropęcherzykach stanowi materiał wręcz łatwopalny?

**Odp. Posiadanie atestu na trudnopalność pokrowca i materaca**

5. Czy Zamawiający dopuści certyfikaty innych jednostek notyfikowanych, niż wymienionych z nazwy w SIWZ?

**Odp. Nie**

6. Czy Zamawiający wydzielili do osobnego pakietu łóżka tzw. Pionizujące, w związku z ograniczoną konkurencją na rynku producentów tych łóżek?

**Odp. Nie**

7. Czy w związku z wymogiem zagwarantowania prezentacji produktu, Zamawiający wyraża zgodę na 14-dniowy termin, w którym ta możliwość zostanie zrealizowana od wezwania Zamawiającego?

**Odp. Tak**

8. Czy w związku z wymogiem przedstawienia certyfikatu ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta wyrobów, Zamawiający uzna za wystarczające oświadczenie oferenta iż pracuje według ww. standardów w zakresie producenta wyrobów medycznych i załączy wymagane certyfikaty producenta? Wnioskowane dopuszczenie ma na celu uniknięcie ograniczenie konkurencji firmom handlowym, które są gotowe złożyć ofertę i nie są zobligowane prawem do posiadania ww. dokumentów, gdyż obligatoryjnie dotyczą wyłącznie producenta.

**Odp. Nie wymaga dopuszcza**

9. Czy Zamawiający wydzielili do osobnego pakietu łóżka szpitalne czterosegmentowe 5szt.- manualnie sterowane, bez elektryki? Uzasadnieniem jest umożliwienie złożenie oferty firmom, które nie zajmują się produkcją i handlem łóżek bez regulacji wysokości.

**Odp. Nie**