

**05/2014r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE)**

Dotyczy pakietu nr 5:

1. Prosimy o uściślenie i wyjaśnienie, czy do podanej w pakiecie V ilości testów należy dodać testy przeznaczone na kalibrację i kontrole i dopiero na tej podstawie obliczyć ilość opakowań odczynników?

**Odp. Tak**

2. W celu prawidłowego oszacowania ilości kontroli prosimy o podanie harmonogramu i sposobu wykonywania badań kontrolnych przez Zamawiającego.

**Odp. Tyle ile kalibracji, nie rzadziej niż 1raz w miesiącu.**

3. Czy Zamawiający zaakceptuje analizator, który posiada zaawansowany elektroniczny system kontroli poprawności działania, w tym kontrolę poprawności każdej wykonanej analizy pod kątem prawidłowości przebiegu oznaczenia, prawidłowości dozowania każdej próbki, kontroli dozowania odczynników, kontroli dodawania odczynnika dla każdej pojedynczej analizy, wykrywania skrzepów i pęcherzyków powietrza w próbce - i który drukuje raport jedynie w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nieprawidłowości? Rozwiązanie takie eliminuje generowanie zbędnych komunikatów w sytuacji gdy wszystkie procesy analizatora przebiegają prawidłowo, zgodnie z zasadą "*informuj wtedy jeżeli występuje nieprawidłowość*", co znacznie upraszcza obsługę aparatu i czas operatora poświęcony na przeglądanie komunikatów aparatu.

**Odp. Tak**

4. Czy Zamawiający w pakiecie 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek bez inhibitorów antybiotyków, a hamowanie działania antybiotyków następuje poprzez rozcieńczenie próbki w butelce?

**Odp. Nie**

5. Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie pożywki Schaedler z 5% krwią końską, z kanamycyną i wankomycyną?

**Odp. Tak**

6. Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 27 wyrazi zgodę na zaoferowanie pożywki selektywnej bez krwi CCDA (czarne podłoże, Campylobacter rośnie w postaci charakterystycznych szarzielonych kolonii) do hodowli Campylobacter z kału?

**Odp. Tak**

7. Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 28 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża pochodzącego od innego producenta niż pozostałe płytki ze względu na to, że tylko jeden producent na rynku ma to w swojej ofercie?

**Odp. Tak**