

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do sterylizacji (sprawa nr 24/2014).

**dot. przedmiotu zamówienia:**

1. **pakiet 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania rękaw o gramaturze papieru sterylizacyjnego 60g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Nie**

2. **pakiet 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania rękawów z indykatorami umieszczonymi na papierze pod folią poza przestrzenią pakowania?

**Odp. Tak**

3. **pakiet 2.** Czy Zamawiający wymaga zaferowania opakowań do sterylizacji oznakowanych znakiem CE na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa i bezpośrednio na brzegu rękawa? Znak CE nie informuje o wysterylizowanej zawartości, lecz o wprowadzonym do obrotu wyrobie.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

4. **pakiet 3 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opakowania a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Tak**

5. **pakiet 3 poz. 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opakowania a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Tak**

6. **pakiet 3 poz. 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Wyłączenie dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty.

**Odp. Nie**

**dot. umowy:**

7. Czy terminy podane w umowie dotyczą dni roboczych czy kalendarzowych? jeżeli roboczych to czy poprzez termin dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy?

**Odp. Dni kalendarzowych**

8. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odp. Nie**