

Znak sprawy:05/2018

Zał. Nr 3 Pak Nr 1- Holter – 2 sztuk

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy oprogramowanie do analizy Holtera z analizą w trybie retrospektywnym bez analizy prospektywnej ? Analiza prospektywna potrafi być bardzo czasochłonna i wymagająca przy skomplikowanych badaniach w momencie gdy analiza retrospektywna jest bardzo dokładnym rozwiązaniem i w pełni wystarczającym do poprawnego zaklasyfikowania pacjenta.

Odp. Tak

Dotyczy pakiet 1

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest 2 (dwa) rejestratory holterowskie oraz 1 (jeden) system do analizy holterowskiej.

Odp. Tak

Aktualne zapisy SIWZ mogą być interpretowane jako chęć zakupu 2 (dwóch) rejestratorów oraz 2 (dwóch) systemów do analizy danych.

Odp. Nie

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy system do analizy danych holterowskich ma być wyposażony również w stację komputerową (z drukarką laserową) na której dostarczany system będzie zainstalowany czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jedynie oprogramowania, które będzie zainstalowane na komputerze dostarczanym przez szpital?

Odp. SIWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane rejestratory były kompatybilne z rejestratorami pracującymi na Oddziale Wewnętrznym? Rozwiązanie takie pozwala użytkownikom na znacznie większą elastyczność systemu (możliwość wymiany akcesoriów, urządzeń, dokonywania interwencyjnie analizy w dwóch różnych lokalizacjach itp.)?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

W związku z postępowaniem 05/2018 uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące pakietu nr 2-polisomnograf:

1. Proszę o sprecyzowanie minimalnej liczby kanałów EEG/EMG/EOG. W opisie pojawiają się różne wartości, wymagania AASM i PTChP mówią o 6 kanałach EEG, 2 EOG i 3 EMG podbródkowego.

Odp. Minimalna liczba kanałów:

- EE6 4 kanały,
- E06 2 kanały,
- EM6 2 kanały lub 3 kanały

2. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie systemu w języku angielskim?

Odp. Oprogramowanie w języku polskim

1. Czy Zamawiający dopuści rejestratory z trybem zapisu : 3 kanały do 2 dni. 12 kanałów do 24 godzin, 2 kanały do 7 dni, wszystkie zapisy z jednej baterii typu AAA, rejestratory są odporne na upadek z 1.2m i odporne na zachlapania IPX4?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający może doprecyzować czy zamawia 2 rejestratory i dwa oprogramowania czy 2 rejestratory i jedno oprogramowanie?

Odp. 2 rejestratory +1 oprogramowanie

Pak Nr 2- Aparat polisomnograficzny -1 sztuka

1. Aparat z oprogramowaniem i sensorami dla dorosłych, bez dedykowanego komputera , z zainstalowaniem oprogramowania w wersji polskiej i wielojęzycznej

Czy dopuszczają państwo aparat z oprogramowaniem i sensorami dla dorosłych, bez dedykowanego komputera, z zainstalowaniem oprogramowaniem w wersji angielskiej i raportowanie jest w wersji polskiej tzn. raport będzie w Po polsku

Odp. Oprogramowanie i instrukcja obsługi wymagana jest w wersji polskiej.