

Zał. Nr 3

Pak Nr 4- Videogastroskop fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż. 2017 (podać).....

Lp.	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE	Wymogi graniczne TAK/ NIE	Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać?
1	Oferent / Producent	Podać	
2	Nazwa i typ	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
WIDEOGASTROSKOP HD			
4	Kąt obserwacji 140 ⁰	Tak	
5	Głębina ostrości min 3-100 mm	Tak	
6	Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,0 mm	Tak	
7	Długość robocza min 1050 mm	Tak	
8	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,0mm	Tak	
9	Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm	Tak	
10	Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 210 ⁰ -w dół. 90 ⁰ -w lewo .100 ⁰ -w prawo 100 ⁰	Tak	

Kompatybilny z:

- procesorem wizyjnym HD EPX-2500,
- źródłem światła zintegrowanym procesorem obrazu EPX-2500
- monitorem medycznym CDL 1909A

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenie jest kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta.

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Ogółem wartość netto

Ogółem wartość brutto.....

.....
(podpis i pieczęćka uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca