

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**POZ. – Stojak na kroplówki – 10 SZT.**

Producent:

Typ / model oferowanego stojaka :

Lp.	Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne	Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”)
I.	Wymagania ogólne	X	
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2017	Podać	
2.	Typ, nazwa oferowanego urządzenia	Podać	
II.	Wymagania szczegółowe	X	
1.	Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej	TAK	
2.	Głowica na dwa haczyki	TAK	
3.	Kolumna z regulacją wysokości w zakresie 1.300mm do 2.200mm	TAK	
4.	Podstawa cztero lub pięcioramienna na kołach o średnicy od 550mm do 600mm w tym dwa z blokadą	TAK	

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu w wskazanym miejscu przez Zamawiającego będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.....
podpis Wykonawcy