

Dotyczy: Nici chirurgiczne

nr sprawy – 16/2018

Z uwagi na niewłaściwe praktyki niektórych wykonawców (np. oferowanie asortymentu bez ważnego znaku CE) czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 3 przedłożenia z ofertą ważnych i aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu tj. znak CE ?

Odp. Muszą spełniać wymagane przepisy prawa Polski i UE

Pakiet Nr 1, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm?

Odp. Tak