

Przetarg znak: **1/2019 (MATERIAŁY DO STERYLIZACJI)**

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z pytaniem:

**Dotyczy Pakietu nr 2:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1 - 8) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odp. Nie**

2. Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści do oceny rękaw papierowo foliowy z zakładką o wymiarach 35cm x 100m lub 40cm x 100m zamiast 38cm x 100m?

**Odp. Tak**

**Pakiet nr 1, poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek składający się z (tak jak wymaga Zamawiający):

*dwustronnej szczotki do czyszczenia zaworów śr. 52/11 mm dł. 156 mm – 6 szt., szczotki nylonowej śr. 2x100x300 mm – 3 szt., 3x100x300 mm – 3 szt., 5x100x300 mm – 3 szt., 5x80x405 mm – 6 szt., 2,5x50x610 mm – 3 szt., 10x50x405 mm – 6 szt., szczotki do czyszczenia zabrudzeń dł. całkowita 235 mm dł. szczotki 75 mm – 10 szt.*

i dodatkowo

*szczotek nylonowych: 5x100x610 mm- 3szt, 10x100x610 mm-3 szt., szczotki do mycia: 175x25 i 35 mm – 6 szt.?*

**Odp. Tak**

**Pakiet 2:**

Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza równie zaoferowanie rękawów o gramaturze papieru sterylizacyjnego 60 g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Tak**

## **Pakiet 2:**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart danych technicznych rękawów potwierdzających gramaturę papieru oraz folię co najmniej 6-warstwową?

**Odp. SIWZ**

## **Pakiet 3 poz. 7-11:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odp. Nie**

## **Pakiet 3 poz. 3, 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru do sterylizacji pakowanego w opakowania a`100 szt?

**Odp. Tak**

## **Pytania dot. projektu umowy:**

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odp. Tak**

2. Zważywszy na treść § 1 ust. 7 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?  
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odp. SIWZ**

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny jednostkowe netto, jeżeli wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków utrzymanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą; zmiana cen wymaga zgody obu stron w formie aneksu do umowy”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach np. gwałtownej inflacji lub gwałtownej zmiany kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Odp. SIWZ**

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższyć wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Odp. SIWZ**

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odp. SIWZ**

**Dotyczy zapisów SIWZ:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odp. SIWZ**

2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odp. SIWZ**

**Dotyczy Parametry Techniczne:**

Pakiet nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rękaw w wymiarach 40cmx100?

**Odp. Tak**

Pakiet nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: rękaw typu ULTRA zawierający następujące parametry:

System bariery sterylnej jest zgodny z EN ISO 11607-1 i EN 868-5.

Nowa porowata substancja Polyolefin ULTRA wraz z nową, odklejalną folią tworzą

cztery razy bardziej odporne na perforacje, bezpieczne opakowanie materiałów sterylnych. Polyolefin i folia połączone są 3-kanałowym zgrzewem fabrycznym, którego wytrzymałość wynosi 6 Nm. Laminat foliowy wykonany z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50µm, oraz polyolefin o gramaturze 93g/m<sup>2</sup>, zastosowany w opakowaniach ULTRA zamiast papieru, gwarantują wyjątkową łatwość otwierania przez odklejenie, całkowicie eliminując ryzyko pylenia. Opakowania można otworzyć w dowolnej chwili bez pomocy narzędzi tnących, zapewniając aseptyczność. Dodatkowo ich wysoka porowatość pozwala na dobrą penetrację środka sterylizującego i usprawnia proces suszenia.

Na opakowaniach nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM i EO typ 1.

Zalecana temperatura zgrzewu wynosi 130-150°C i jest uzależniona od parametrów technicznych stosowanego urządzenia.

Nowe opakowania ULTRA posiadają certyfikaty niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającej szczelność mikrobiologiczną.

**O wymiarach 21cmx70m z odpowiednim przeliczenie zapotrzebowania Zamawiającego tj. 3 szt?**

Odp. Nie