

Zał. Nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 4 – PULSOKSYMETR I KAPNOGRAF

POZYCJA 1 - KAPNOGRAF – 1 SZT.

NAZWA APARATU	
TYP APARATU	
PRODUCENT	
KRAJ POCHODZENIA	
ROK PRODUKCJI	

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	Wymagane parametry i warunki	Parametry oferowane
1	Kapnograf z pomiarem w strumieniu głównym (opcjonalnie dostępny również pomiar w strumieniu bocznym)	TAK	
2	Kolorowy wyświetlacz LCD - różne konfiguracje ekranu.	TAK	
3	Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym - do min. 20 godzin.	TAK	
4	Alarmy wizualne i dźwiękowe. Regulowane granice alarmowe. Alarm niskiego stanu zasilania.	TAK	
5	Tryby pracy: pomiar ciągły (monitoring), pomiar z odstępami	TAK	
6	gwarancja min. 24 miesiące	TAK/ PODAĆ	

Poz. 1

ogółem wartość netto 1 sztuki

Podatek VAT %

ogółem wartość brutto 1 sztuki

POZYCJA 2 – PULSOKSYMETR – 1 SZT.

NAZWA APARATU	
TYP APARATU	
PRODUCENT	
KRAJ POCHODZENIA	
ROK PRODUKCJI	

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	Wymagane parametry i warunki	Parametry oferowane
1	Na wyświetlaczu SPO2 , częstotliwość pulsu, falę pletyzmograficzną, wykresy	TAK	
2	Częstotliwość tętna: od 30 do 235 uderzeń na minutę (bpm)	TAK	
3	3 poziome alarmy wizualne i dźwiękowe: niskiego poziomu baterii, SPO2 , pulsu , odłączenia czujnika, wysunięcia palca z czujnika	TAK	
4	Wbudowany akumulator, możliwość zasilania z sieci	TAK	
5	Pamięć 100 ostatnich pomiarów, trendów do 72 godzin	TAK	
6	gwarancja min. 24 miesiące	TAK/ PODAĆ	

Poz. 2

ogółem wartość netto 1 sztuki

Podatek VAT %

ogółem wartość brutto 1 sztuki

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego sali/salach,
- bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji

techniczno-eksploatacyjnej oraz utrzymanie tych urządzeń w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej w okresie gwarancji nie krótszym niż 24 miesiące (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową) na dostarczony, zamontowany przedmiot umowy, która biegnie od daty podpisania protok-ółu odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca zabezpiecza w ramach ceny wszystkie niezbędne materiały z wyłączeniem jednorazowych zużywalnych materiałów eksploatacyjnych takich jak np.: strzykawki, elektrody pacjenta itp.

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia wyznaczonego personelu przez Zamawiającego.
- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz umowy .

Termin wykonania (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym) 30 dni od dnia podpisania umowy.

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

1. Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

ogółem wartość netto Poz. 1,2

Podatek VAT %

ogółem wartość brutto Poz. Nr 1,2

.....
(podpis i pieczętka uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca