

Załącznik Nr 1 - Pak Nr 8 – Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych – 1 sztuka

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018 r
(podać producenta).....

Nazwa własna oraz numer katalogowy (podać)
.....

Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych o pojemności 30L przeznaczona do ogrzewania płynów infuzyjnych, irygacyjnych, odczynników kontrastowych oraz akcesoriów medycznych :

Parametry techniczne

Zakres temperatury: 25° C - 42° C

Pojemność: 30l

Pojemność do ogrzewania w przybliżeniu:

- 12 butelek po 1000 ml
- Lub 24 butelek po 500 ml
- Lub 2 worki po 5.000 ml
- Lub 3 worków po 3.000 ml

Wymiary: 350 x 630 x 400 mm

Zasilanie: 230 V AC (±6%), 50Hz

Maksymalna wygoda:

- łatwość obsługi i bardzo cicha praca
- tryb gotowości
- pokrywa z mechanizmem automatycznego domykania
- opcjonalne rejestrowanie temperatury oraz eksport danych

Gwarancja minimum 24 miesiące – (podać)

Bezpieczeństwo i wydajność:

- elektroniczne i mechaniczne czujniki bezpieczeństwa zapobiegające przegrzaniu
- przystosowane do standardów medycznych
- alarm optyczny i akustyczny, w przypadku niedomknięcia pokrywy
- energooszczędna izolacja i mechanizm kontrolowania, ogrzewania, wentylacji

Termin wykonania (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym) 30 dni od dnia podpisania umowy.

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego sali/salach,



- bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej oraz utrzymanie tych urządzeń w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej w okresie gwarancji nie krótszym niż 24 miesiące (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową) na dostarczony, zamontowany przedmiot umowy, która biegnie od daty podpisania protokółu odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca zabezpiecza w ramach ceny wszystkie niezbędne materiały z wyłączeniem jednorazowych zużywalnych materiałów eksploatacyjnych takich jak np. : strzykawki, elektrody pacjenta itp.
- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia wyznaczonego personelu przez Zamawiającego.
- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz umowy .

Termin wykonania (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym) 30 dni od dnia podpisania umowy.

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

1. Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.
2. Parametry określone są parametrami granicznymi, nie spełnienie warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy.

Ogółem wartość netto

Podatek VAT %

Ogółem wartość brutto

.....

(podpis i pieczętka uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca