

Załącznik Nr 2

Pak Nr- 19 Myjnia dezynfektor 11 szt. (+ montaż+ uruchomienie, doprowadzenie niezbędnych przyłączy w miejscach wskazanych)

Nazwa urządzenia /model/ Numer katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r, podać rok produkcji:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Automat myjąco-dezynfekujący

Lp.	Parametry wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji naczyń takich jak baseny, i ich pokrywki, kaczki, wiaderka, miski nerkowate i inne naczynia sanitarne	TAK	
2	Wymiary (max): szerokość: 500 mm głębokość: 450 mm wysokość: 1.730 mm	TAK	
3	Stojące na posadzce	TAK	
4	Wykonane ze stali nierdzewnej	TAK	
5	Ładowanie od frontu	TAK	
6	Drzwi komory uchylne otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu	TAK	
7	Opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi	TAK	
8	Blokada drzwi podczas trwania procesu	TAK	
9	Brak przecieków pary wodnej przez drzwi komory	TAK	
10	Komora myjąca i inne zbiorniki wykonana ze stali nierdzewnej	TAK	
11	Komora głęboko tłoczona bez spoin, z zaokrąglonymi narożnikami, sufit komory z nachyleniem ułatwiający samooczyszczenie i samo dezynfekcję	TAK	
12	Posiadające własną wytwornicę pary	TAK	
13	Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą (z możliwością podwyższenia temperatury ponad 80° C oraz wydłużeniem czasu trwania dezynfekcji)	TAK	
14	Kontrola poprzez regulację procesu	TAK	



	dezynfekcji stosownie do wartości A_0 ustawionej w urządzeniu sterowniczym $A_0 = 60$		
15	Samoczyszczenie i samodezynfekcja komory i dysz	TAK	
16	System 12 dysz myjących o różnej intensywności: 1 dysza główna, wysuwana, teleskopowa, rotacyjna. 7 dysz obrotowych, 4 dysze wirujące do naczyń do kacek szpitalnych	TAK	
17	Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza	TAK .	
18	Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna zbiornika na wodę i wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz	TAK	
19	Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu do 50 dB	TAK	
20	Mikrokomputerowe sterowanie pracą urządzenia	TAK	
21	Ekran wyświetlający 4 linie po 20 znaków informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim	TAK	
22	Membranowy panel dotykowy	TAK	
23	Optyczna i akustyczna informacja o usterkach	TAK	
24	Urządzenie powinno posiadać pompę dozującą środek chemiczny i dodatkową lancę ssącą do pojemnika ze środkiem chemicznym i sondą do kontroli stanu napełnienia	TAK	
25	Wewnątrz urządzenia specjalnie przeznaczone miejsce na pojemnik ze środkiem chemicznym	TAK	
26	Stosowanie środków myjących i odkamieniających różnych producentów	TAK	
27	Zasilanie 3N PE~400V	TAK	
28	Podłączenie zimnej i ciepłej wody	TAK	
29	Podłączenie odpływu podłogowe DN 100	TAK	
30	Urządzenie spełnia normą jakości wg DIN	TAK	

Okres pełnej nieodpłatnej gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji nie krótszej niż 5 lat.

Podać okres (minimum 5 lat)



Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie, doprowadzenie niezbędnych przyłączy w miejscach oraz pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego,
- po instalacji pomieszczenia ściany, podłogi sufit itp. przywrócone do standardów zgodnych z wymaganiami dla obiektów służby zdrowia,
- bezpłatne przeglądy(okres udzielonej gwarancji) dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej oraz utrzymanie tych urządzeń w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej w okresie nie krótszym niż 5 lat (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową) na dostarczony, zamontowany przedmiot umowy, gwarancja biegnie od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzeń wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,
- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz umowy .

Termin wykonania zamówienia do (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym) 15.06.2019

Ogółem wartość netto 1 sztuki

Stawka podatku VAT %

Ogółem wartość brutto 1 sztuki

W podane wartości powyżej Wykonawca podaje cały koszt wyspecyfikowanego urządzenia w tabeli z wszystkimi kosztami jakie poniesie oddając urządzenie do eksploatacji oraz udzielonej gwarancji.



Ogółem wartość netto Pak Nr 19

Stawka podatku VAT %

Ogółem wartość brutto Pak Nr 19

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

1. Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski ,dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie wymagań przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie.
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

.....

.....

miejsowość, data

pieczęć Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej