



Załącznik Nr 2

Pak Nr- 24 Wózek do zwłok – 2 sztuki

Nazwa urządzenia /model/ Numer katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r, podać rok produkcji:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wózek do przewożenia zwłok- pokrywa PCV

Wózek do przewożenia zwłok pokrywa PCV - służy do transportu zwłok po terenie oraz na zewnątrz szpitala. Zestaw składa się z wózka, tacy do zwłok i pokrywy z uszczelką i cięgami mocującymi. Wózek posiada regulację mechanizmem śrubowym. Konstrukcja wózka, tacy i pokrywy jest wykonana ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej. Wózek oferowany z kółkami pompowanymi szprychowymi o średnicy 40 cm stałymi (tył) i 30 cm obrotowymi z hamulcem z przodu.

Dane Techniczne:

- długość całkowita : 220 cm (przy tacy stałej)
- szerokość całkowita: 75 cm (koła pompowane)
- długość blatu tacy: 195 cm
- szerokość blatu tacy: 64 cm
- długość pokrywy: 196 cm
- szerokość pokrywy: 65 cm
- wysokość pokrywy: 37 cm
- regulacja wysokości wózka mechanizmem śrubowym: 50 cm - 85cm
- koła pompowane,
- długość całkowita : 225 cm (przy tacy zdejmowalnej)

Okres pełnej nieodpłatnej gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji nie krótszej niż 5 lat.

Podać okres gwarancji (minimum 5 lat)



Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego sali,
- bezpłatne przeglądy(okres udzielonej gwarancji) dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej oraz utrzymanie tych urządzeń w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej w okresie nie krótszym niż 5 lat (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową) na dostarczony, zamontowany przedmiot umowy, gwarancja biegnie od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,
- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz umowy.

Termin wykonania zamówienia do (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym)
15.06.2019

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie wymagań przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie .

ogółem wartość netto 1 sztuki

Podatek VAT %

ogółem wartość brutto 1 sztuki

ogółem wartość netto Pak Nr 24

Podatek VAT %

ogółem wartość brutto Pak Nr 24

.....
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca