

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Załącznik Nr 2- Pak Nr 4 : Łóżko szpitalne regulowane z leżem dwu – segmentowym – 154 sztuk.

1 sztuka łóżka to - jedno łóżko wyposażone w materac, szafkę i stolik składany

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ, Nr katalogowy:

Fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r- podać

Kolor łóżek oraz szafek uzgodniony po podpisaniu umowy

LP	Parametry i funkcje wymagane	Potwierdzenie spełnienia parametrów	Parametry i funkcje oferowane
1	Łóżko szpitalne, minimum 2 segmentowe. Regulacja wysokości leża regulowana hydraulicznie lub elektrycznie, segmentów oparcia pleców, ud realizowane mechanicznie	TAK	
2	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych. Konstrukcja podwozia połączona z leżem poprzez min 4 punkty podparcia	TAK	
3	Łóżko wyposażone w poręcze boczne , jednoczęściowe, składane wzdłuż leża poniżej poziomu górnej powierzchni materaca, nie wystające poza obrys i wymiar zewnętrzny łóżka. Poręcze z zabezpieczające min. 70% długości leża.	TAK	
4	Całkowita długość łóżka: 2200mm (+/- 40mm) Długość leża 2000mm(+)-20mm	TAK	
5	Całkowita szerokość łóżka z poręczami bocznymi: 940 mm (+/- 20mm). Szerokość leża 800mm(+/-20mm Max szerokość z najdalej wysuniętym elementem łóżka	TAK	
6	Leże 2 segmentowe posiadające minimum 2 ruchome segmenty (oparcie pleców , ud i podudzi)	TAK	
7	Segmenty leża wypełnione siatką stalową lub tworzywem.	TAK	
8	Łóżko wyposażone w szczyty szybko i łatwo wyjmowane w przypadku wykonywania reanimacji pacjenta, bez konieczności użycia narzędzi oraz bez dodatkowych blokad. Szczyty lakierowane z wypełnieniem z płyty HPL mocowanym na stałe	TAK	
9	Funkcja auto-kontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym	TAK	
10	Sterownik ręczny z możliwością blokowania poszczególnych funkcji regulacyjnych przez personel medyczny	TAK	
11	Zakres regulacji wysokości leża łóżka (bez	TAK	



	materaca) min 330 - 830mm (+/- 20mm). Max wysokość z najdalej wysuniętymi elementami ramy wyciągowej 1930mm		
13	Zakres regulacji segmentu oparcia pleców w zakresie od min 0° do 75° (+/- 3°)	TAK	
14	Funkcja autoregresji oparcia pleców min 100 mm	TAK	
15	Zakres regulacji segmentu ud w zakresie od min 0° do 45° (+/- 3°)	TAK	
16	Regulacja segmentem podudzia przy pomocy mechanizmu zapadkowego od 00 do 250 /(+)-50 /	TAK	
18	Koła jezdne o średnicy min. 125 mm, w obudowie tworzywowej, niebrudzące powierzchni. Układ zapewniający pewne blokowanie łóżka. Jedno z kół z możliwością ustawienia jako koło do jazdy kierunkowej. Układ centralnego hamowania.	TAK	
19	Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami: <ol style="list-style-type: none"> 1 krążki odbojowe łóżka stanowiące najbardziej wysunięte elementy w rogach łóżka 2 Listwy odbojowe po bokach łóżka, umieszczone na najbardziej wysuniętych elementach konstrukcyjnych łóżka lub poręczy, aby chronić boki łóżka podczas przejazdu 	TAK	
20	Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min 220 kg	TAK	
21	3. Wyposażenia łóżka: <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 wysięgniki do podnoszenia się pacjenta wraz z uchwytami do rąk, z możliwością montowania po obu stronach łóżka od strony głowy. Nie uginające się podczas podnoszenia. Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg/uchwyt. 2) Regulowany mechanicznie kąt ustawienia wysięgnika względem łóżka. 3) Minimum 2 stopnie regulacji kąta ustawienia wysięgnika uchwytu ręki względem wzdłużnym osi leża 10° i 30 st. 	TAK	
	4) Wyposażenie łóżka: szafka oraz składany stolik do karmienia: <ul style="list-style-type: none"> • Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV, 	TAK	



	<ul style="list-style-type: none"> • Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym, z możliwością wyboru kolorów z palety, • Blat szafki oraz półka boczna wykonane z płyty meblowej, z możliwością wyboru kolorów zakończony tworzywową obramówką PCV, 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokość całkowita szafki: 410 mm (+/-30 mm), szerokość szafki wraz z mechanizmem blatu bocznego 550 mm (+/-30 mm), 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Wysokość całkowita szafki: 840 mm (+/-30 mm) 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Głębokość szafki: 410 mm (+/- 30 mm) 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary blatu bocznego 550x360 (+/-20mm) 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Blat boczny posiadający bezstopniową regulację wysokości w zakresie 750-1140mm (+/-20mm) oraz z możliwością regulacji pochylenia kąta pochylenia blatu o 30 lub 60 stopni, 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem tworzywowym, wysokość szuflady min. 110 mm 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pomiędzy szufladą a komorą zamykaną drzwiczkami wolna przestrzeń na podręczne rzeczy – wysokość półki min. 100 mm 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Komora zamykana drzwiczkami o wysokości min. 330 mm 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Szafka wyposażona w haczyki do zawieszania ręczników 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Szafka przejezdna. Podstawa szafki wyposażona w pięć kół tworzywowych o średnicy min 50mm, (cztery pod korpusem szafki, jedno koło pod podporą blatu bocznego) bieżnik kół wykonany z tworzywa niebrudzącego powierzchni, 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej z pręta o średnicy 4 mm, pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów, ulokowana poniżej skrzyni w odległości 115 mm (+/- 5 mm). 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Szafka z możliwością w późniejszym czasie 	TAK	



	zamiany stron montażu blatu bocznego, i kierunku otwierania się drzwi półki (ustawienie prawo i lewostronne) bez konieczności dokonywania przeróbek konstrukcyjno technologicznych;		
22	<p>• Pozostałe wymagania: Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty</p> <p>5) Wyposażenie łóżka: materac przeciwodleżynowy pasywny o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Grubość min 100 mm - Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 180 kg - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej 35 kg/m³ - Bezsulfonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznym, antystatycznym - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z białego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m² - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m²/24h w temperaturze 38°C - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych – odporny na przenikanie mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Atest higieniczny na wkład – dołączyć do oferty 	TAK	
22	Deklaracja zgodności CE na łóżko i materac – dołączyć do oferty	TAK	
24	Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające	TAK	



	spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu		
26	Zapewnienie przez Wykonawcę dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat – informację dołączyć do oferty	TAK	
27	Oferent musi posiadać autoryzację na sprzedaż i serwisowanie oferowanych łóżek – autoryzację dołączyć do oferty	TAK	
28	<ul style="list-style-type: none"> <u>Okres pełnej nieodpłatnej gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji nie krótszej niż 5 lat.</u> 	min. 5 lat (podać)	

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniu/salach,
- dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu zamówienia w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie wymagań przez Wykonawcę . W dokumentach tych muszą być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie .
- bezpłatne przeglądy(okres udzielonej gwarancji) dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej oraz utrzymanie tych urządzeń w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej w okresie gwarancji nie krótszym niż 5 lat (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową) na dostarczony, zamontowany przedmiot umowy, gwarancja biegnie od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,
- w sytuacji uszkodzenia pomieszczeń w których były montowane łóżka Wykonawca przywróci pomieszczenia do stanu pierwotnego,
- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz umowy .

Termin wykonania zamówienia (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym) do 15 czerwca 2019r

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

1. Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym



oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

ogółem wartość netto 1 sztuki

Stawka podatku VAT %

ogółem wartość brutto 1sztuki

ogółem wartość netto Pak Nr 4

Stawka podatku VAT%

ogółem wartość brutto Pak Nr 4

.....

(podpis i pieczętka uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca