



**Zał. Nr 2 Pak Nr 25- USG przenośny - 1 sztuka**

Fabrycznie nowe wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r (**podać producenta**).....

**Nazwa własna oraz numer katalogowy (podać)** .....

**Nazwa Wykonawcy :** .....

**Rok produkcji:** .....

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Kompaktowy ultrasonograf**

- 12 calowy monitor LCD z możliwością odchylenia
- Obrazowanie harmoniczne THI
- Obrazowanie B,2B,4B, M – mode
- 2 gniazda głowic
- 5 zakresów częstotliwości na każdej z głowic
- Panoramiczny ZOOM
- Pętla CINE
- Wbudowany system archiwizacji obrazów
- Porty USB
- Archiwizacja na pendrive
- Możliwość podłączenia do PC
- DICOM 3.0
- Trackball pomiarowy
- Waga do 7 kg

Głowica konweks C351 o zakresie częstotliwości 2-6 MHz. Zastosowanie: badania brzuszne ( w tym badania urologiczne i położniczo- ginekologiczne), badania pediatryczne.

Głowica liniowa L 745 o zakresie częstotliwości 5-12 MHz. Zastosowanie: badania naczyniowe, płytko położonych narządów, badania ortopedyczne

Torba fabryczna, wózek fabryczny

Okres pełnej nieodpłatnej gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji nie krótszej niż 5 lat.

Podać okres gwarancji ( minimum 5 lat ) .....



Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanej przez niego sali,
- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji ) dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej oraz utrzymanie tych urządzeń w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej w okresie nie krótszym niż 5 lat (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową) na dostarczony, zamontowany przedmiot umowy, gwarancja biegnie od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,
- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz umowy.

**Termin wykonania zamówienia do (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym ) 15.06.2019**

**Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.**

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie wymagań przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie .

**ogółem wartość netto .....**

**Podatek VAT % .....**

**ogółem wartość brutto .....**

.....

(podpis i pieczęćka uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca