



Zał. Nr 2- Pak Nr 9 – Stół operacyjny uniwersalny – 2 sztuki

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r (**podać producenta, rok produkcji**).....

Nazwa własna oraz numer katalogowy stołu (podać)

Parametry

Stół operacyjny elektromechaniczny/ **elektro hydrauliczny** , sterowanie z pilota góra/dół, przechyły antytrendelenburga/Trendelenburga, przechyły boczne, przechył wzdłużny, sterowanie manualne lub z pilota : segment pleców, podgłówek, podnóżki niezależnie. Nośność stołu nie mniejsza niż 160kg. Błat przezierny dla RTG, odemowalne materace, konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej. Akumulator umożliwiający pracę minimum 24h, ładowanie z sieci 230V.

Regulacja wysokości:

Parametry pracy:

720-1020mm, przechyły wzdłużne: **minimum 20°**, **wzdłużny przesuw minimum 310mmm**, przechyły boczne: **minimum 15°**, segment pleców: -10°/+75°, podgłówek: +/-30° **minimum** ,

podnóżki: -90°/+20°.

Wyposażenie dodatkowe:

- podpora ręki – 2 szt.
- podpory boczne – 2 szt
- pasy mocowanie pacjenta – 1kpl.
- ekran anestetyczny — 1 szt.
- wieszak na płyny inf. -1 szt.
- podpory ginekologiczne + miska ze stali nierdz. – 1 kpl.
- przystawka ortopedyczna do operacji kończyn dolnych + przystawka do ułożenia na boku + przystawka do operacji kolana i podudzia,

- **kolor: inox**

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego sali/salach,
- w sytuacji uszkodzenia pomieszczeń w których były montowane łóżka Wykonawca przywróci pomieszczenia do stanu pierwotnego,
- bezpłatne przeglądy dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej oraz utrzymanie tych urządzeń w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej w okresie nie krótszym niż 5 lat



- (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową) na dostarczony, zamontowany przedmiot umowy, która biegnie od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia wyznaczonego personelu przez Zamawiającego.
 - zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz umowy .

Okres pełnej nieodpłatnej gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji nie krótszej niż 5 lat.

Podać okres gwarancji (minimum 5 lat)

Termin wykonania (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym) do 15 czerwca 2019r

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie wymagań przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie.

ogółem wartość netto 1 sztuki

Podatek VAT %

ogółem wartość brutto 1 sztuki

ogółem wartość netto Pak Nr 9

Podatek VAT %

ogółem wartość brutto Pak Nr 9

.....

(podpis i pieczęćka uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca