



Ad. 24 Aparat wyposażony w moduł cytrynian-wapń z możliwością podawania roztworów do pozaustrojowego układu krwi,

Odp. Tak

Ad. 26 Ciągła hemodializa z regionalną antykoagulacją cytrynianową (CVVHD) z możliwością rozbudowy CVVHDF CiCa w ciągu 12 miesięcy od zakupu,


Odp. Nie

Ad. 30 Jeden detektor powietrza,

Odp. Tak

Pozostałe wymogi specyfikacji bez zmian.

Spis treści Marek Olsowski


Z-ca DYREKTORA
d/s Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Maz.
lek. med. Jerzy Kasprzyk