

Maków Mazowiecki.26.04.2019 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Zespołów Zakładów**
ul. Witosa 2

06-200 Maków Mazowiecki

dotyczy: „Przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP”

Znak sprawy: 8/2019r

Brałem udział w postępowaniu 04/2019 i wpłaciłem wadium na pakiety 2 i 8, które zostały unieważnione. Wadium nie zostało zwrócone. Czy może być zaliczone na poczet postępowania 08.2019? Chciałbym wziąć udział w postępowaniu 08/2019 w tych samych pakietach?

Odp. Prosimy o załączenie do oferty oświadczenia z którego będzie wynikać, że złożone zabezpieczenie wadium oferty w postępowaniu 4/2019 które zostało unieważnione w Pak 2,8 są zabezpieczeniem oferty w postępowaniu 8/2019 w Pak ????? kwota musi być zgodna z żadaną w SIWZ .

Załącznik Nr 1 - Pak Nr 8 – Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych – 1 sztuka

1. Czy zamawiający będzie wymagał potwierdzenia możliwości zamontowania wskazanej w specyfikacji technicznej ilości płynów we wnętrzu komory grzewczej oraz wskazania i potwierdzenia posiadania minimum dwóch zabezpieczeń mechanicznego i elektronicznego zamontowanych w urządzeniu?

Odp. SIWZ

2. Czy zamawiający wymaga, aby pokrywa urządzenia była wykonana z przezroczystego szkła hartowanego umożliwiającego personelowi wgląd do wnętrza komory bez konieczności jej otwierania? Takie rozwiązanie jest częstym rozwiązaniem na oddziałach SOR na terenie Polski.

Odp. Dopuszcza

3. Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 30 litrów ogrzewające w przybliżeniu w przybliżeniu
12 butelek 1000ml
lub 24 butelki 500ml
lub 2 worki 5000ml
lub 3 worki 3000ml?

Odp. Dopuszcza

4. Czy zamawiający będzie wymagał urządzenia medycznego, potwierdzonego certyfikatem CE, ISO 13845, wpisem do rejestru urządzeń medycznych, które jest niezbędne w przypadku prawidłowego korzystania z urządzenia w szpitalu zgodnie z Art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586) ?

Odp. SIWZ

5. Czy w celu zapewnienia równomiernego ogrzania płynów zamawiający wymaga układu z wymuszonym obiegiem powietrza (wentylator i grzałka)? Wymuszony obieg powietrza precyzyjnie w każdym miejscu w cieplarni medycznej daje gwarancje stabilności wyboru żądanej temperatury.

Odp. SIWZ

Pak Nr 2 - aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – 1 sztuka

1. Czy zamawiający dopuści materac grzewczy spełniający wymogi grzewcze pacjentów na SOR, co zapewni skuteczne ogrzewania pacjenta i szybszą i skuteczniejszą dezynfekcję?

Odp. Tak

2. Czy zamawiający dopuści urządzenie grzewcze działające w przedziale temperaturowym 25 – 40 st Celsjusza?

Odp. Tak

3. Czy zamawiający będzie wymagał pracy urządzenia grzewczego pracującego po odłączeniu źródła zasilania do 30 min?

Odp. SIWZ

4. Czy system kontrolka materaca powinna posiadać możliwość podłączenia więcej niż jednego materaca, co pozwoli w przyszłości poczynić oszczędności?

Odp. Dopuszcza