

Maków Mazowiecki 29.04.2019

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespołów Zakładów, ul. Witosa 2 06-200 Maków
Mazowiecki**

dotyczy: „Przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP”

Znak sprawy: 8/2019r

Pak Nr 7- Analizator parametrów krytycznych

Dotyczy pkt. 4,5 i 6:

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora nie oznaczającego hemoglobiny płodowej, zaś bilirubinę w zakresie od 3,0 mg/dl do 50 mg/dl, nieposiadającego wbudowanego akumulatora, pracujący w oparciu o 3 elementy zużywalne: kasetę z materiałem kontrolnym, kasetę zawierającą odczynniki, kalibratory, pojemnik na odpady, igłę aspiracyjną oraz kartridż z czujnikami pomiarowymi? Proponowany analizator będzie wyposażony w zewnętrzny UPS, zaś rozwiązanie 3 oddzielnych elementów posiada tę zaletę, że w przypadku braku możliwości automatycznego wypłukania skrzepu straty są mniej kosztowne (tracimy tylko kasetę odczynnikową).

Odp. Tak

Dotyczy pkt. 8, 10

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora bez funkcji automatycznego mieszania próbki, wykonującego pełen panel oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości 123 µl?

Odp. Tak

Dotyczy pkt. 13, 16, 22

3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora nieposiadającego wbudowanej drukarki oraz zewnętrzny niewbudowany czynnik kodów kreskowych, pracującego w oparciu o kartridż z czujnikami pomiarowymi – o żywotności 21 dni, oraz kasetę odczynnikową o żywotności 42 dni, którego łączny dobowy czas kalibracji wynosi 64 minuty?

Odp. Tak

Dotyczy Modułu Parametrów Kardiologicznych:
pkt. 23, 24, 25, 26

4. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na na zaoferowanie analizatora oznaczającego w heparynizowanej krwi żyłnej: Troponinę T, CKMB, D- Dimery oraz Nt- proBNP metodami immunologicznymi, w oparciu o kasetki wkładane pojedynczo do aparatu, bez wewnętrznego rotora na próbki? Proponowane rozwiązanie posiada skaner kodów kreskowych do identyfikacji pacjenta oraz operatora.

Biorąc pod uwagę bliskie sąsiedztwo laboratorium oraz ze względu na wartość diagnostyczną rekomendowane jest oznaczanie pozostałych parametrów metodami laboratoryjnymi.

Odp. Tak

Dotyczy pkt. 27, 28

5. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na na zaoferowanie analizatora wykonującego jednorazowo oznaczenie jednego parametru z jednej próbki po manualnym pipetowaniu próbki przez operatora?

Testy wkładane są jednorazowo przez operatora przed wykonaniem badania.

Proponowane rozwiązanie pozwala w przypadku pojedynczych zleceń nie ponosić kosztów przeterminowujących się odczynników.

Odp. Tak

Dotyczy pkt. 29, 30, 31, 32, 33

6. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na na zaoferowanie analizatora ręcznego, kompaktowego wykonującego pojedyncze oznaczenia w czasie od 8 do 12 minut, bez funkcji mieszania próbek, w którym próbki podawane są bezpośrednio na kasetę pomiarową przez operatora?

Odp. Tak

Dotyczy pkt. 34

7. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na na zaoferowanie analizatora pracującego w oparciu o kasetki pomiarowe i wykorzystujący firmowe strzykawki do nanoszenia próbki, bez wbudowanej drukarki oraz bez możliwości podłączenia klawiatury zewnętrznej?

Odp. Tak

Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy

§5 ust. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby skorzystanie z tego postanowienia wykluczało zastosowanie kary umownej?

Odp. SIWZ

§6 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów: „Wykonawca opóźnia się” na „Wykonawca jest w zwłoce”?

Odp. SIWZ

§6 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów „z przyczyn będących po stronie Wykonawcy” na „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Odp. SIWZ

§ 6ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów „z przyczyn będących po stronie Wykonawcy” na „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Odp. SIWZ

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy, tj. instalacja, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem według załączonego wzoru.

Odp. Zgodnie z SIWZ Rozdział XV

W związku z „długim weekendem” prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 09.05.2019r.

Odp. Tak