

Maków Mazowiecki. 16.04.2019 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej Zespołów Zakładów**  
ul. Witosa 2  
06-200 Maków Mazowiecki

dotyczy: „Przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP”

Znak sprawy: 8/2019r

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego zwracamy się do Państwa z następującymi zapytaniami:

**Pak Nr 2 Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - 1 sztuka**

**Dotyczy: pozycja 1, 2**

1. Czy Zamawiający dopuszcza system konwekcyjnego ogrzewania pacjenta posiadający 4 zakresy temperatur pracy urządzenia: tylko dmuchawa (temperatura obojętna), 32,2; 37,8; 43,3°C?

**Odp. Tak**

**Dotyczy: pozycja 5**

1. Czy Zamawiający dopuszcza system konwekcyjnego ogrzewania pacjenta o zasilaniu 220-240 V, 50/60 Hz, 7A?

**Odp. Tak**

**Dotyczy: pozycja 8**

1. Czy Zamawiający dopuszcza system konwekcyjnego ogrzewania pacjenta, w którym panel sterowania zlokalizowany jest u góry urządzenia i składa się z czterech przycisków wyposażonych w indywidualne wyświetlacze LED dla każdej zadanej temperatury? Wybrana kontrolka LED będzie włączona, aby wskazać, że urządzenie jest w trybie zadanej temperatury.

**Odp. Tak**

**Dotyczy: pozycja 9**

1. Czy Zamawiający dopuszcza kołderki do systemu konwekcyjnego ogrzewania pacjenta, których powierzchnia nie wchłania płynów, które się na nią np. wyleją?

**Odp. Tak**

**Dotyczy: pozycja 11, 12**

1. Czy Zamawiający dopuszcza aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta przystosowany do pracy ciągłej bez wbudowanego akumulatora?

**Odp. Tak**